Rev.:01

Fabricado e Distribuído por/ *Manufactured and Distributed by:*

Tecnident Equipamentos Ortodônticos Ltda.

Street Lourenço Inocentini, 751 - São Carlos - SP
13567-620 - CNPJ: 58.528.639/0001-24 IE: 637.062.422.115 - Origem: BRASIL
Responsável Técnico/ Technical Responsible: José D'Amico Neto - CREA/SP 600245872

Tubo Ortodontico

Fabricado em Aço inox 17-4PH - AISI630 + placa de aço inox AISI304– ASTM F899

-Indicação do produto: Única e exclusivamente para tratamento ortodôntico.

-Contra-indicações: Sensibilidade a corpo estranho. Quando houver suspeita de sensibilidade ao material, o ortodontista deve instruir o paciente sobre a possibilidade de reações alérgicas, especialmente ao níquel contido em outros produtos associados (fios, bandas, arco intra-oral, etc.) ou a outros elementos químicos mencionados na no item composição do produto. Caso ocorra alguma reação, recomenda-se procurar um médico o mais breve possível. Utilização diferente daquelas informadas nas indicações de uso do produto.

-Precauções

Produto para uso de profissional qualificado.
Contem cromo e níquel.. Caso ocorra reação adversa, suspender o uso e procurar auxílio médico.
Produto de uso único, não deve ser reutilizado.

-Avisos

Armazenar e transportar em local seco e fresco, com temperatura ambiente (Máx. 35°C).
Transporte: Não necessita condições especiais de transporte, pode ser transportado em sua própria embalagem, desde que devidamente protegida.
-Produto atóxico.
- Produto não esterilizado.
- Não deverá ser utilizado componentes de fabricantes diferentes.

-Validade

Este produto tem validade de 2 anos à partir da data de sua fabricação.

-Recomendações:

Abra assepticamente a embalagem, após certificar-se que a dimensão é aquela que foi escolhida. Não utilizar o produto caso a embalagem esteja danificada
O produto é fornecido em sua embalagem original previamente limpo. Antes do uso, a embalagem deve ser inspecionada a fim de verificar se não há rupturas ou danos. O produto só deve ser desembrulhado antes do uso com o intuito de preservar intactos o acabamento da superfície e a configuração, manuseando-o o mínimo possível.
Produto de uso único. Destruir após retirado. Não reutilizar o produto.

RECOMENDAÇÕES DE HIGIENE AO PACIENTE QUE USA APARELHO FIXO

1-Escove os dentes após as refeições, e utilize o fio dental com o auxílio do passa fio ou condutor de fio, utilize escovas ortodônticas e interdentais.
2-Faça uso de algum anti-séptico bucal após as escovações.
3-Não utilize palitos ou outros objetos rígidos para limpar seu aparelho, pois estes podem danificá-lo.
4-Evite alimentos que tenham muita fibra (abacaxi , manga, cana de açúcar)
5-Evite também alimentos pegajosos ou duros como chicletes, balas duras , torrone , pé de moleque , pipocas, amendoim, castanhas, côco e etc.
Atenção: Em casos de uso de cimento, verificar se o paciente é alérgico ao metilmetracrilado.

Recomendações para o paciente: Respeitar as orientações do seu ortodontista e em caso de quebra do produto, procurar imediatamente o seu ortodontista.

Orthodontic Tube

Stainless steel 17-4PH - AISI630 + stainless steel plate AISI304- ASTM F899

- Product designation: Solely for orthodontic treatment.

-Contraindications: Sensitivity to foreign body. When sensitivity is suspected, the orthodontist should instruct the patient about a possibility of allergic reactions, especially at the same time with the node with us in other associated products, other bands, intraoral arch, etc. Product Item. If any reaction occurs, it is recommended to seek medical advice as soon as possible.
Use different from the notifications in the indications of use of the product.

-Precautions

Product for use by a qualified professional.
Contains chrome and nickel. If adverse reactions occur, discontinue use and seek medical attention.
Single-use product; it should not be reused.

-Warnings

Store and transport in a cool dry place at room temperature (max 35 ° C).
Transportation: It does not require special conditions for transportation; it can be transported in its own package, if it is properly protected.
Nontoxic product.
Non-sterile product.
Components from different manufacturers should not be used.
-**Vality:** This product has validity of 2 years from the data of its manufacture.

-Recommendations:

Open the package aseptically, after making sure that the dimension is the one that has been chosen. Do not use the product if the packaging is damaged
The product is supplied in its original pre-cleaned packaging. Before use, the packaging should be inspected for any breaks or damage. The product should only be unwrapped prior to use in order to preserve the surface finish and the configuration intact by handling it as little as possible.
Single use product. Destroy after removal. Do not reuse the product.

HYGIENE RECOMMENDATIONS FOR THE PATIENT WHO WEARS FIXED BRACES

1-Brush your teeth after meals, and use dental floss with the help of a thread guide or conductor; use orthodontic and interdental brushes.
2 - Use a mouthwash after brushing.
3 - Do not use toothpicks or other hard objects to clean your braces, as they can damage it.
4 - Avoid eating food that have much fiber (pineapple, mango, sugar cane)
5 - Also avoid eating too sticky or hard food such as bubble gum, hard candy, nougat, peanut brittle candy, popcorn, peanuts, chestnuts, coconut, etc.
Caution: In the event of using cement, check whether the patient is allergic to methyl methacrylate.

Recommendations for the patient: Follow the guidelines of your Orthodontist; in the event the product breaks, contact immediately your Orthodontist.

SAC: +55 (16) 3373-6500
www.tecnident.com.br
tecnident@tecnident.com.br

CE 0434 M

EC REP

REPRESENTANTE NA EUROPA
(AUTHORISED REPRESENTATIVE IN THE EUROPEAN COMMUNITY)

Dr. Alan Rodrigues
Centro de Ortodontia do Porto Alan Rodrigues Ltda.
Nif. 503437468
Rua do Campo Alegre, 770 4150-171 - Porto – Portugal
Telefone: 226093201
Nib. 008180000397783680017 8

P Cr Ni Non Sterile 35°C